

Maatregelen voor Tandheelkundige units

Art. 33 : Verwarmingselementen die verbonden zijn aan de tandheelkundige unit worden afgekoppeld zodat de watertemperatuur steeds lager is dan 25°C.

Art. 34 : De instrumenten die aangesloten zijn op de tandheelkundige unit worden regelmatig gereinigd en gesteriliseerd.

Art. 35 : De leidingen van de tandheelkundige unit worden dagelijks geflusht.